

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
**Saudi Food & Drug Authority (SFDA)**

SFDA. MD. SFDA/MDS/TC 172 .DS. ISO 11380 :2014

البصريات والأجهزة البصرية - بصريات العين - نماذج

Optics and optical instruments -- Ophthalmic optics -- Formers

ICS: 11.040.70

تقديم

الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية والتشخيصية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقم:

### SFDA/MDS/TC 172

" مواصفات أجهزة ومنتجات البصريات "

بتبني المواصفة الدولية رقم **ISO 11380 :2014**

"

"

البصريات والأجهزة البصرية - بصريات العين - نماذج

" المنظمة الدولية للتقييس - ISO "

والتي اصدرتها

وقد اعتمدت هذه المواصفة كمواصفة سعودية متبناة بلغتها الأصلية وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي بالهيئة رقم ( ) والذي عقد بتاريخ ( 14../... هـ ) الموافق ( 20../... م ) مع إدخال بعض التعديلات:  
تعديل كلمة (feacetting) لتصبح (faceting) في الفقرة رقم 1

### Foreword

Saudi Food and Drug Authority (SFDA) is a national Organization responsible for safety and effectiveness of foods, drugs and medical devices. One of SFDA main functions is to issue national Standards /Technical regulation through specialized technical committees (TCs).

SFDA through the technical committee TC No **SFDA/MDS/TC 172**

"Ophthalmic and optics instruments"

has adopted the International Standard No. **ISO 11380 :2014**

" Optics and optical instruments -- Ophthalmic optics --  
Formers

issued by " International Organization for Standardization - ISO "

This standard has been approved as National Standard in its original language by SFDA Board of Directors in its meeting No .../... Held on /// AH, // G with some modification:  
Editing the word (facetting) to be (faceting) in clause 1

## SCOPE

Specifies the characteristics of formers which are used in edging machines to edge lenses designed for insertion into spectacle frames. Not applicable to separate formers required for supplementary treatment of lenses, for example facetting.

Standards & Guidelines Dep. Contact Information		للتواصل مع إدارة المواصفات والأدلة الإرشادية
e-Mail	MD.STANDARDS@sfd.gov.sa	بريد إلكتروني
Telephon	00966 11 2038 222	تليفون
Ext. 1	2921	تحويلة 1
Ext. 2	2452	تحويلة 2
Ext. 3	2449	تحويلة 3